Lumbar Peek Cage
PLIF

PEEK-OPTIMA

INDUSTRIA ARGENTINA

El índice de elasticidad de PEEK es el más próximo al del hueso esponjoso, mejorando así el de otros elementos como acero inoxidable, titanio o fibra de carbono Peek.

Es por eso que el PEEK es, de los materiales existentes en la actualidad, el más adecuado para incrementar la fusión ósea.

Fatiga por tracción de PEEK-OPTIMA LT1 at 23˚C 0.5Hz



Fatiga por flexión de PEEK-OPTIMA LT1CA30 23˚C 0.5 Hz



PRINCIPIOS

- Restablecimiento de la altura normal del espacio intervertebral.
- Restablecer la lordosis fisiológica y ampliar los orificios de conjunción.
- Restablecimiento de la alineación y la estabilidad vertebral normal.
- Proporcionar condiciones óptimas para la fusión.

INDICACIONES

- Enfermedades e inestabilidades degenerativas de los discos intervertebrales.
- Espondilolistesis degenerativa de grado I o II.
- Espondilolistesis ístmica de grado I o II.
- Pseudoartrosis o espondilolistesis fallida.

SISTEMA COMPLETO

- 7 Espesores (8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm de altura).
- 2 Geometrias:
  Caras paralelas.
  Caras divergentes (angulación 4°).
  2 Longitudes: 20 y 25 mm.
- Sencillo y completo instrumental de colocación.

CÓDIGO	CUBOS LUMBARES PLIF PEEK 0°
9-08200	CUBO LUMBAR 8 X 20 X0°
9-08250	CUBO LUMBAR 8 X 25 X 0°
9-09200	CUBO LUMBAR 9 X 20 X 0°
9-09250	CUBO LUMBAR 9 X 25 X 0°
9-10200	CUBO LUMBAR 10 X 20 X 0°
9-10250	CUBO LUMBAR 10 X 25 X 0°
9-11200	CUBO LUMBAR 11 X 20 X 0°
9-11250	CUBO LUMBAR 11 X 25 X 0°
9-12200	CUBO LUMBAR 12 X 20 X 0°
9-12250	CUBO LUMBAR 12 X 25 X 0°
	CUBOS LUMBARES PLIF PEEK 4°
9-08204	CUBO LUMBAR 8 X 20 X 4°
9-08254	CUBO LUMBAR 8 X 25 X 4°
9-09204	CUBO LUMBAR 9 X 20 X 4°
9-09254	CUBO LUMBAR 9 X 25 X 4°
9-10204	CUBO LUMBAR 10 X 20 X 4°
9-10254	CUBO LUMBAR 10 X 25 X 4°
9-11204	CUBO LUMBAR 11 X 20 X 4°
9-11254	CUBO LUMBAR 11 X 25 X 4°
9-12204	CUBO LUMBAR 12 X 20 X 4°
9-12254	CUBO LUMBAR 12 X 25 X 4°
9-13204	CUBO LUMBAR 13 X 20 X 4°
9-14204	CUBO LUMBAR 14 X 20 X 4°
9-14254	CUBO LUMBAR 14 X 25 X 4°

- Se requiere la fijación posterior adicional con un sistema de tornillos pediculares.
- Debe ser utilizado con relleno de injerto óseo.

Se presenta un doble blister estéril por radiación gamma.

Fabricantes de Productos Médicos según Disp. ANMAT 2319/02-T.O. 2004
Juan Canals 2235 - Tel. #54-341 5684513 - 5682038/39 - 4649979 - 4611428 - 4645224
S2001BYD Rosario - República Argentina | E-mail: info@cdh-protesis.com.ar - www.cdh-protesis.com.ar